



ODONTOPASTE® White

Instructions & Indications for Use



ISTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ODONTOPASTE®

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze 5-30°C.

Przeznaczenie

Preparat ODONTOPASTE® jest stosowany w leczeniu endodontycznym w celu dezynfekcji ścian kanałów korzeniowych. Wspomaga gojenie, przez co zmniejsza stan zapalny. Umożliwia to osuszenie powierzchni ścian, z którymi mogą łączyć się systemy wiążące i uszczelniacze używane do wypełniania kanałów. Formuła preparatu ODONTOPASTE® została opracowana w taki sposób, że penetruje one zębinę i zabija obecne w niej mikroorganizmy.

Instrukcja stosowania

ODONTOPASTE® jest rozpuszczalną, białą, niebarwiącą pastą. Zawiera dwie substancje czynne - **klindamycynę** i **triamcynolon**. Klindamycyna jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, a triamcynolon należy do steroidowych leków przeciwzapalnych.

W połączeniu z odpowiednim zabiegiem endodontycznym pasta ODONTOPASTE® pomaga złagodzić ból występujący w ostrym zapaleniu miazgi i zapaleniu przyzębia. Preparat ODONTOPASTE® stosuje się jako tymczasowy opatrunek po pulpotomii w zębach stałych, w przypadkach ostrego zapalenia miazgi, w których planuje się konwencjonalną pulpektomię oraz leczenie kanałowe.

Preparat ODONTOPASTE® można również stosować jako opatrunek leczniczy w opracowanych kanałach po przeprowadzeniu pulpektomii w celu:

- złagodzenie bólu związanego z zapaleniem przyzębia wierzchołkowego
- zwalczenia zakażenia bakteryjnego kanałów

Preparat ODONTOPASTE® może być również aplikowany do opracowanych kanałów w zębach po urazach w celu zmniejszenia ryzyka lub zatrzymania istniejącej resorpcji zapalnej korzenia.

Preparat ODONTOPASTE® ma pomijalny wpływ na powstawanie wewnętrznych przebarwień zębów i nie jest wrażliwy na działanie światła, dzięki czemu można go stosować również w miejscach położonych naddziąstłowo.

Preparat może być stosowany u pacjentów w każdym wieku i o dowolnej masie ciała.

ODONTOPASTE® może być stosowany wyłącznie przez lekarzy dentystów. Lek aplikuje się w następujący sposób:

- przygotuj komorę zęba i kanał w taki sam sposób, jak w przypadku aplikowania do kanału zwykłego leku
- upewnij się, że nie upłynął termin ważności preparatu ODONTOPASTE®
- wyjmij preparat z opakowania, upewnij się, że zakrętka nie była naruszona przed pierwszym użyciem a następnie odkręć ją
- wyciśnij z tubki odpowiednią ilość pasty (wystarczającą do wypełnienia komory zęba) na bloczek do zarabiania
- zakręć tubkę i zapisz na niej datę pierwszego otwarcia
- za pomocą kulki waty lub igły lentulo nałóż pastę ODONTOPASTE® bezpośrednio na zmienioną zapalnie miazgę
- upewnij się, że kanał jest wypełniony pastą ODONTOPASTE®
- szczelnie wypełnij koronę zęba zgodnie ze standardowymi procedurami

- pamiętaj, aby wykorzystać całą pastę ODONTOPASTE® przed upłynięciem terminu ważności
- w pewnych przypadkach może być konieczna wielokrotna aplikacja preparatu; w takim przypadku decyzję o ponownym zastosowaniu pasty podejmuje lekarz dentyista na podstawie oceny klinicznej

Przeciwwskazania

- pasta ODONTOPASTE® jest wytwarzana jako niesterylna
- każda tubka jest przeznaczona do wielokrotnego użycia; pamiętaj, aby wykorzystać całą tubkę przed upłynięciem terminu ważności.
- nie należy stosować preparatu ODONTOPASTE® po upłynięciu terminu ważności
- Wszelkie narzędzia (stomatologiczne i używane do mieszania) należy przed użyciem poddać sterylizacji zgodnie z zasadami zapobiegania zakażeniom krzyżowym
- **NIE WOLNO** stosować preparatu ODONTOPASTE® u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią, ponieważ wykazano przenikanie klindamycyny do mleka karmiących.

Ostrzeżenia

- przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji stosowania i zasięgnąć dodatkowych informacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
- nie zaleca się stosowania preparatu ODONTOPASTE® u osób uczulonych na klindamycynę lub linkomycynę.
- nie należy stosować preparatu ODONTOPASTE® u pacjentów przyjmujących jednocześnie erytromycynę, ponieważ w badaniach *in vitro* stwierdzono antagonistyczne działanie tych dwóch leków.
- należy zachować ostrożność, stosując preparat ODONTOPASTE® u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono choroby układu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie jelita grubego.

Recycling

- niewykorzystany i przeterminowany materiał należy usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami
- tubka wykonana jest z aluminium, które podlega utylizacji.
- końcówkę do aplikacji należy wyrzucać wraz z każdą użytą tubką.

Pierwsza pomoc

- w przypadku zatrucia należy skontaktować się z lekarzem lub centrum informacji toksykologicznej.

Importer:

ARS DENTAL

ul. Bychowska 51
04-536 WARSZAWA

Tel./fax: (22) 617-81-05
info@arsdental.pl
www.arsdental.pl



25 Billabong Street
Kenmore Hills Q 4069
Australia
Tel +61 7 38781901
Fax +61 7 38781903
info@austdent.com.au
www.austdent.com.au



EC REP
Priory Analysts Ltd
The Atrium
Park Street West
Luton LU1 3BE
United Kingdom

